

ORIENTAÇÕES AOS BOLSISTAS, ESTAGIÁRIOS E USUÁRIOS DO LABORATÓRIO DE BROMATOLOGIA

1. É obrigatório o uso de jaleco e vestimenta adequada (camisa, calça e sapato fechado).
2. O laboratório é destinado às atividades de aulas e de pesquisas, portanto não é permitido reuniões e outras atividades que não sejam as anteriormente mencionadas.
3. Não é permitido o uso de equipamentos sem reserva, sem treinamento ou sem a supervisão de pessoas treinadas.
4. Após a realização de cada atividade é obrigatória a limpeza de equipamentos, vidrarias, bancadas, materiais do laboratório e pias (verificar se a pia não ficou entupida).
5. Não é permitido descartar resíduos de soluções nas pias, portanto coloque em um frasco e identifique o tipo de solução e a data.
6. As preparações de soluções contendo ácidos devem ser realizadas dentro da capela de exaustão de gases.
7. As amostras que não serão mais utilizadas devem ser descartadas nas lixeiras de fora do laboratório, não é permitido descartar amostras na área externa.
8. Não é permitido comer, fumar ou qualquer outra distração dentro das dependências do laboratório.
9. Não é permitido sair carregando consigo as chaves do laboratório e nem mesmo ficar trancado dentro do laboratório, impedindo o acesso de outras pessoas que agendaram atividades.
10. O laboratório não dispõe de luvas, nem máscaras, portanto ao realizar atividades que precisem desses materiais, providenciem.
11. Não é permitido levar equipamentos, vidrarias e materiais do laboratório para outros locais.
12. Não é permitido deixar materiais pessoais nas dependências do laboratório.
13. A bancada central deve estar sempre limpa e livre de materiais.
14. Não é permitido deixar soluções dentro das vidrarias, portanto prepare somente o que for utilizar, e no caso de sobrar guarde em frascos adequados, devidamente identificados e com a data de preparo.
15. Em caso de quebrar vidraria ou equipamentos informar a coordenação.
16. O documento Procedimento Operacional Padrão encontra-se disponível de forma eletrônica e impresso na estante de ferro do laboratório.
17. Em caso de derramar ácido sulfúrico é preciso neutralizar com cal virgem, disponível no laboratório.
18. Ao operar o destilador de nitrogênio manter a distância segura de 1m durante o funcionamento do equipamento. Nunca realize essa atividade sozinho no laboratório.
19. Não é permitido instalar ou desinstalar as mangueiras dos equipamentos das torneiras.
20. Em caso de acidentes com queimaduras, lave imediatamente o local em uma das pias e entre debaixo do chuveiro lava-olhos localizado no corredor externo, próximo a escada. E acione o seu orientador.
21. Leia os avisos afixados nas paredes, isso pode evitar acidentes e salvar a sua vida!